

2017年5月26日 発行

細菌検査技能評価試験 個別報告書

株式会社バイオバンク
研究開発室
三宅康賀 様



技能評価試験結果の評価を下記のとおりご報告いたします。
本細菌検査技能評価試験は、一般財団法人 日本食品検査が、国際規格である ISO/IEC 17043:2015 (JIS Q 17043:2011)及び関連文書に準拠して提供するものです。

1. 参加ラウンド 2017年度 第1回
2. 受付番号 20170351
3. 評価

項目	結果	zスコア	評価 ^(注)
生菌数 (/g)	2.50E+04	0.0	優良
大腸菌群 (/g)	5.80E+03	0.3	優良
E.coli	陽性	-	優良
黄色ブドウ球菌 (/g)	1.30E+04	0.0	優良

各参加者の z スコアに対して下記の基準で評価を行いました。

zスコア範囲	評価
z ≤ 2.0	優良
2.0 < z < 3.0	良好
3.0 ≤ z	要改善

注：E.coli は、参加者の結果が「期待される結果」と一致した場合に「優良」、一致しなかった場合に「要改善」と評価しました。

大腸菌群、黄色ブドウ球菌について定性試験法の結果を提出した場合、評価は行わず、「*」と記載しました。